

위치	오류유형	수정 전	수정 후
59p (3) / ㉓ / ㉔	개념,공식-설명	㉔ 영구적 인공심박동기 삽입 · 심박동 발생기 : 왼쪽 쇄골 밑에 삽입	㉔ 영구적 인공심박동기 삽입 · 심박동 발생기 : 오른쪽 쇄골 밑에 삽입
		수정 사유	설명 오류

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
 더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.